

COMUNE DI GROSSETO
Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al Cittadino ed alle Imprese
Servizio Provveditorato

VERBALE N. 1 DEL 02/01/2017

PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) PER FORNITURA DI N. 20 DEFIBRILLATORI PER SERVIZIO SPORT.

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1768 del 18/11/2016 veniva avviata una procedura di richiesta di offerta sulla piattaforma telematica denominata MEPA per la fornitura di n. 20 defibrillatori per le palestre delle scuole del Comune di Grosseto da espletarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, previo invito di tutti gli operatori economici presenti sul MEPA nella categoria "BSS-BENI E SERVIZI PER LA SANITA'" che consegnano nella provincia di Grosseto;
- che nel medesimo atto è stato stabilito che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di materiale con caratteristiche standardizzate;
- che, quindi, nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta (RDO) N. 1414101 in data 21/11/2016;
- che il termine previsto per i fornitori per la presentazione delle offerte era stato fissato nelle ore 10.46 del giorno 30/11/2016;

Tutto ciò premesso e considerato

Il RUP, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, prende atto che alla scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte sono pervenute regolarmente n. 12 offerte e precisamente:

1. MEDVET
2. C.A.M. HOSPITAL S.R.L.
3. VINCAL
4. ECHOES S.R.L.
5. A.M.I.ITALIA S.R.L.
6. ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.
7. C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.
8. SEDA S.P.A.
9. CARDIAC SCIENCE S.R.L.
10. PHYSIO-CONTROL ITALIY SALES S.R.L.
11. SATCOM S.R.L.
12. NOVAMED S.R.L.

Procede, quindi, all'apertura della "Busta Amministrativa" e delle "Schede tecniche" allegate attivando l'esame delle offerte "in seduta pubblica".

Dopo un attento esame delle "Schede tecniche" relative a ciascun partecipante, dichiara quanto di seguito riportato:

- 1) Offerta MEDVET: l'offerta risulta regolare.
- 2) Offerta C.A.M. HOSPITAL S.R.L.: l'offerta risulta regolare.
- 3) Offerta CS: il defibrillatore non è dotato di display, non ha la slot per la SD card, la batteria è a 9 volt anziché a 12 volt e la durata delle piastre è di 24 mesi anziché di 30 mesi.
- 4) Offerta ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.: Non viene specificato se il defibrillatore abbia energia di scarica a 50J per i bambini, il tempo di ricarica è di 10 secondi anziché di 8, non sono specificati quali sono i dati visibili nel display, non ha la slot per SD card.
- 5) Offerta SEDA: non ha piastre uniche pediatriche/adulto, non ha display LCD, non ha la slot per SD card, non ha porta infrarossi per trasferimento dati e può archiviare fino a 4 casi anziché 5.
- 6) Offerta SATCOM: non si capisce per quale modello di defibrillatore è stata presentata l'offerta ce ne sono 6 modelli, comunque dei 6 modelli nessuno ha la porta infrarossi per trasferimento dati e sembrerebbe che non posseggano le piastre uniche pediatriche/adulto.
- 7) Offerta VINCAL: l'offerta risulta regolare.
- 8) Offerta PHYSIO-CONTROL ITALIY SALES S.R.L.: sono presentati due defibrillatori per quale è l'offerta? Il livello di resistenza ai liquidi e polveri è IPX4 anziché IPX5, non ha le piastre uniche pediatriche/adulto, la durata delle piastre è 24 mesi anziché 30 mesi e non ha la slot per SD card.
- 9) Offerta NOVAMED: non ha la porta infrarossi per trasferimento dati e sembrerebbe che non posseggano le piastre uniche pediatriche/adulto.
- 10) Offerta ECHOES: non è dotato di display, non ha porta infrarossi per trasferimento dati e non ha la slot per la SD card.
- 11) Offerta A.M.I.ITALIA S.R.L. - ONE con mini LCD: non ha la porta infrarossi per trasferimento dati e sembrerebbe che non posseggano le piastre uniche pediatriche/adulto e le informazioni sul display mini LCD non sono pari alla richiesta.
- 12) Offerta CARDIAC: registrazione dati memoria interna 90 minuti anziché 3 ore, non ha piastre uniche pediatriche/adulto e la durata delle stesse è di 24 mesi anziché 30 mesi, non ha porta infrarossi per trasferimento dati e non ha la slot per la SD card.

Visto tutto quanto sopra, Il RUP dispone l'esclusione dalla procedura di gara delle seguenti Ditte:

- ECHOES Srl
- A.M.I. ITALIA Srl
- ZOLL MEDICAL ITALIA Srl
- CS di Gisinti Paolo Srl
- SEDA Spa
- CARDIAC SCIENCE Srl

- PHYSIO-CONTROL ITALY SALES Srl
- SATCOM Srl
- NOVAMED Srl

Procede, quindi, all'apertura della "Busta Economica" relativa ai concorrenti di seguito riportati attivando l'esame delle offerte "in seduta pubblica":

- 1) Offerta MEDVET: l'offerta economica risulta regolare e viene approvata. Il prezzo totale offerto è di € 14.760,00;
- 2) Offerta C.A.M. HOSPITAL Srl: l'offerta economica risulta regolare e viene approvata. Il prezzo totale offerto è di € 16.992,00;
- 3) Offerta VINCAL: l'offerta economica risulta regolare e viene approvata. Il prezzo totale offerto è di € 17.974,00.

Procede, infine, a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa della classifica dei partecipanti che attesta la conclusione delle attività di valutazione e conseguentemente alla stampa del "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute", documento che viene allegato al presente verbale.

La classifica conclusiva delle offerte risulta pertanto essere la seguente:

	Ditta	Prezzo offerto
1	MEDVET SRL	Euro 14.760,00
2	C.A.M. HOSPITAL SRL	Euro 16.992,00
3	VINCAL	Euro 17.974,00

Il RUP, viste le risultanze riportate nella suddetta classifica, dopo aver provveduto all'aggiudicazione provvisoria nel sistema informatico, dichiara che l'aggiudicataria della fornitura di n. 20 defibrillatori per le palestre delle scuole del Comune di Grosseto, è la seguente Ditta:

MEDVET SRL
PIAZZA G.B. TEDESCO 23
74100 TARANTO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Rag. Claudio Cini

